



Pregão Eletrônico



compras São Gabriel <compras.saogabriel@gmail.com>

**ESCLARECIMENTO, PE 0017/2023**

1 mensagem

**Bruna Padovan Marcondes** <bpadovan@prolife.com.br>

18 de julho de 2023 às 14:10

Para: "compras.saogabriel@gmail.com" <compras.saogabriel@gmail.com>

Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,

**Ref.: PE 0017/2023 – ITEM 45: “ELETROCARDIÓGRAFO”**

Para confirmação, o eletrocardiógrafo em questão é do tipo portátil digital ou de mesa? No caso do eletrocardiógrafo portátil digital, questionamos, serão aceitos equipamentos que realizam a comunicação com o computador através de bluetooth? Uma vez que tal configuração garante maior portabilidade do mesmo.

Além disso, é solicitado: “software compatível com Windows XP, Vista (32 bits) , Windows 7 (32 bits)”. Poderiam confirmar se estes são os sistemas operacionais da instituição, visto que, sistemas anteriores ao Windows 8 foram descontinuados, não havendo suporte para novos softwares.

**Ref.: PE 0017/2023 – ITEM 65: “MONITOR DE SINAIS VITAIS”**

O descritivo técnico menciona: “Oximetria SPO2 Masimo digital para baixa perfusão com curva plestimográfica”. Sendo assim, com o intuito de aumentar a competitividade do certame, questionamos, serão aceitas outras tecnologias de oximetria, além da tecnologia Masimo, que permite a mensuração em pacientes de baixa perfusão?

Além disso, para o parâmetro de respiração é descrito: “taxa respiração com sonda nasal, medição de Taxa por Impedância Respiratória Torácica”. Desta forma, para confirmação, serão aceitas tecnologias que permitam a mensuração do parâmetro por sonda nasal ou impedância torácica?

Por fim, poderia confirmar se todos os parâmetros descritos a seguir devem estar habilitados no equipamento para uso imediato: ECG, Temperatura, Oximetria, Pressão Arterial Não Invasiva, Respiração, Pressão Arterial Invasiva, Capnografia e Débito Cardíaco? Algum destes são possibilidade futura?

Aguardo retorno,

Atenciosamente,



**Bruna Padovan Marcondes dos Santos**

Analista - Licitações



Engenheira Biomédica

ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Av. Prof. Olavo Gomes de Oliveira, 6800 – Desm. Murilo Gattini

37561-130 – Pouso Alegre - MG - Brasil

Tel.:0800 606 4698

[www.prolife.com.br](http://www.prolife.com.br)

Esta correspondência eletrônica contém informações geradas pela ProLife Equipamentos Médicos Ltda.

Seu conteúdo é confidencial e se destina exclusivamente à(s) pessoa(s) endereçada(s). A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta mensagem são expressamente proibidas.

Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo o e-mail e apagando-o em seguida.

This electronic message contains information originated by ProLife Equipamentos Médicos Ltda (Brasil).

Its content is confidential and is intended for the use of the addressee(s) only. The unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly prohibited.

If you have received this message in error, please contact the sender immediately, by answering the e-mail and deleting promptly.