



Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de São Gabriel
CNPJ (MF) 13.891.544/0001-32

AVISO DE IMPUGNAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO n.0005/2023

Forma de Fornecimento: Parcelada

Tipo: Menor Preço

Critério de Julgamento: Menor Preço Por item

Processo Administrativo nº 0085/2023

O Município de São Gabriel/BA vem informar que no Pregão Eletrônico sob o nº 0005/2023, que tem por Objeto: Aquisição de Sistema de Digitalização DR Com Estação Portátil e Impressora Dry Para Raio-X Digital, para uso no Hospital Municipal de São Gabriel/Ba, **comunica** a todos os interessados sobre o recebimento de pedido de impugnação relativo ao processo licitatório em epígrafe interposto pela empresa CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI, no dia 23/02/2023, onde o mesmo foi entregue ao setor técnico de radiologia e posteriormente encaminhado ao departamento jurídico para análise dos questionamentos apresentados, encontrando-se disponibilizado em sua íntegra no endereço eletrônico: <http://www.docgedsistemas.com.br/portalmunicipio/ba/pmsaogabriel/diario>, e também anexado no site www.licitacoes-e.com.br, nº 987113 ou solicitado pelo e-mail: compras.saogabriel@gmail.com. Para maiores informações, no horário das 08h00min as 12h00min, no Setor de Licitações, situado na Praça Largo da Pátria, nº 132 – Centro – São Gabriel/BA. Cleverson G.G. Oliveira – Pregoeiro.

Largo da Pátria, 132 – Centro. São Gabriel – BA. CEP: 44915- 000
Fone/Fax: (74) 3620 2122





compras São Gabriel <compras.saogabriel@gmail.com>

IMPUGNAÇÃO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023

1 mensagem

licitacao1@cprimagem.com.br <licitacao1@cprimagem.com.br>
Para: compras.saogabriel@gmail.com
Cc: licitacao@cprimagem.com.br

23 de fevereiro de 2023 às 16:51

Prezados, boa tarde!

Encaminho em anexo impugnação referente ao edital do Pregão Eletrônico nº 0005/2023.

Gentileza confirmar recebimento.

Att,

Rivia Cassiano | Licitação – Contratos Públicos

licitacao1@cprimagem.com.br

Telefones: (71) 3244-1117 / 3032-6157 / 3033-4702

Celular: (71) 99608-4491 (Whatsapp)



CPR Comercial de Produtos Radiológicos Eireli

Bahia | Sergipe | Alagoas | Pernambuco | Paraíba | Rio Grande do Norte | Espírito Santo

Rua Jorge Novis, 289 – Galpão 01 – Vila Laura – Salvador/BA – CEP: 40270-370



SIEMENS
Healthineers

KONEX HISTO

⊞ Não contém vírus. www.avast.com

📄 IMPUGNAÇÃO SÃO GABRIEL.pdf
1766K



Ao
ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO DO SETOR DE LICITAÇÕES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL ESTADO DA BAHIA
REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023

OBJETO: Aquisição de Sistema de Digitalização DR Com Estação Portátil e Impressora Dry Para Raio-X Digital, para uso no Hospital Municipal de São Gabriel/Ba, conforme condições, quantidades, características e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

A CPR COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº. 96.730.809/0001-48, com sede na Rua Jorge Novis, 289 – Galpão 1 – Vila Laura – Salvador - BA, CEP 40270-370, representada neste ato por seu representante legal o Sr. Zilmar Vaz de Castro, brasileiro, casado, Empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 02.461.898-51 Órgão Expedidor SSP-BA, e CPF nº 274.323.355-91, residente e domiciliado na Rua Benjoim, 662 Edf. Cidade de Seul, Apt. 104 – Itaigara – Salvador – BA-CEP 41820-315 vem respeitosamente, com fundamento no Artigo 41, § 2º da Lei nº 8.666/ 1993, com referência PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0005/2023, interpor.

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO

Em razão de exigências que somadas resultará na redução amplamente drástica da competitividade, sacrificando os principais princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.

1. DA TEMPESTIVIDADE

O processo licitatório em epígrafe tem sua Sessão Pública marcada para o dia 28/02/2023 com Início da disputa às 09:30 min.

CPR – Comercial de Produtos Radiológicos Eireli CNPJ. 96.730.809/0001-48 – Inscrição Estadual: 036.944.482
Rua Jorge Novis Nº, 289 – Galpão 01 – Vila Laura – Salvador – BA CEP. 40.270-370
Tel: (71) 3244-1117 / 3032-6157 Fax: (71) 3381-2974 Cel: (71) 99191-7083 E-mail: licitacao1@cprimagem.com.br



2. DOS FATOS

A empresa ora Impugnante obteve o Edital através do site do www.licitacoes-e.com.br e ao analisa-lo verificou-se que no termo de referência havia restrição de participação, infringindo princípios que norteiam o cenário de licitação.

Após as devidas verificações foi observado no descritivo dos itens do Pregão Eletrônico Nº 0005/2023 do "TERMO DE REFERÊNCIA", os seguintes pontos:

1) QUANTO AO DESCRITIVO DO ITEM 01

As especificações do item 01 estão descritas da seguinte forma:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD
01	<p>Sistema de digitalização DR sem fio portátil. Características Gerais: Sistema Digitalizador Direto com conexão entre detector digital e o console de aquisição realizada sem fio e adaptável ao equipamento de raio-x fixo analógico existente na instituição, para realização de exames de rotina e/ou emergência, com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora do mesmo. Especificações do Detector Flat Panel: Tecnologia de Detector Flat Panel sem fio com área ativa igual ou maior a 30x40cm. Detector de estado sólido, para conversão de Raio-x em sinal elétrico; Cintilador de Iodeto de Césio (CsI); Tamanho do pixel menor ou igual a 150 microns; Matriz do detector maior ou igual 2000x3000 pixels; Grau de proteção contra poeira e líquidos igual ou maior que IP43; Detector com Bateria recarregável e descartável, caso necessite de substituição, com duração mínima de 4 horas. Deverá acompanhar, além da bateria integrante no detector, no mínimo mais (uma) unidade de bateria extra; Carregador de baterias do detector, deve ser parte integrante do conjunto, com tempo máximo de carga de 180 minutos; Capacidade de suportar carga de no mínimo 300kg distribuídas; Estação de trabalho tipo notebook ou desktop, para visualização e ajustes da imagem; monitor com tela de no mínimo 13 polegadas FULL HD (1920x1080 pixels); Processador tipo Core i5 (igual, superior e similar); 256GB de armazenamento SSD ou maior; 8GB ou mais de memória RAM; Gravador de CD-R; Sistema operacional tipo Windows 10 de 64bits (igual, superior ou similar). As imagens geradas no detector são transmitidas via wireless em no máximo 10 segundos após a exposição; Software de gerenciamento com integração ao pacote de conectividade DICOM 3.0 Storage, Print, Modality Worklist; Ferramentas de processamento das imagens adquiridas com os seguintes recursos: configuração pelo usuário dos protocolos de aquisição e processamento manual ou automática por diferentes regiões anatômicas; ajuste de brilho e contraste; reporte de imagem; inserção de textos; magnificação da imagem; capacidade de impressão de até 4 (quatro) imagens por película; capacidade de rotação/inversão da imagem; Bateria deverá apresentar vida útil de no mínimo 400 ciclos.</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>1) O equipamento deverá vir acompanhado de manual de operação (em português); catálogo do produto; passar registro na ANVISA.</p> <p>2) Garantia mínima de 12 (doze) meses.</p> <p>3) custos de montagem e treinamento aos operadores do mesmo deve ser incluso no valor a ser ofertado.</p>	UND	01

Explicamos que as citações em destaque contidas no referido termo e marcados, faz menção de caráter discriminatório e inexecuível com características dispensáveis e que frustra os princípios da isonomia, livre concorrência e legalidade e alija a participação de empresas aptas a fornecer equipamentos com qualidade e que atenda a necessidade do órgão.

CPR - Comercial de Produtos Radiológicos Eireli CNPJ. 96.730.809/0001-48 - Inscrição Estadual: 036.944.482
Rua Jorge Nôvis N°. 289 - Galpão 01 - Vila Laura - Salvador - BA CEP. 40.270-370
Tel: (71) 3244-1117 / 3032-6157 Fax: (71) 3381-2974 Cel: (71) 99191-7083 E-mail: licitacao1@cprimagem.com.br



3. DOS PEDIDOS

Pelos ditames normativo-princípiosológicos supracitados, requer-se:

- a) O acolhimento da presente Impugnação;
- b) Alterar matriz do detector para 2304x2800;
- c) Alterar capacidade de carga para 150 kg;

Assim, por ser justo e totalmente razoável, espera-se por um parecer favorável quanto a pretensão requerida.

Termos em que,

Espera-se o deferimento.

Salvador, 23 de Fevereiro de 2023

VINICIUS SILVA LIMA
PROCURADOR LEGAL
RG 08.478.715-50 SSP/BA